

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą wyraża się zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Na tej podstawie Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 lutego 2012 r. podjął uchwałę Nr XVIII/329/12 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 3192).

Stosownie do § 6 ust. 1 cyt. uchwały zbywanie aktywów trwałych zakładu, których początkowa wartość księgowa przekracza 6.000 EURO, wymaga zgody Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zwrócił się do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów trwałych stanowiska pracowni rentgenowskiej tj. aparatu rentgenowskiego RTG „Bucky Diagnost” Typ: FS z 2006 r., w skład którego wchodzi:

- 1) aparat RTG „Bucky Diagnost” FS numer fabryczny 06000694;
- 2) ruchomy statyw podłogowy;
- 3) stół pacjenta;
- 4) pionowe urządzenie Bucky’ego;
- 5) szafa sterownicza;
- 6) FCR Capsula (czytnik płyt obrazowych Capsula XL typ CR-IR356RU numer seryjny 66221403);
- 7) konsola techniczna typ CR-IR348CL;
- 8) kamera laserowa typ Drypix 4000 numer seryjny 66723869;
- 9) monitor graficzny EIZO Flex Scan L362 T numer seryjny 50423066;
- 10) zestaw kaset z płytami obrazowymi;
- 11) generator Optimus numer seryjny 06011145;
- 12) dozymetr numer seryjny 569-1689.

Początkowa wartość księgowa wynosiła 898 527,24 zł

Z uzasadnienia do przesłanego wniosku wynika, że na aparacie od wielu miesięcy spadała liczba wykonywanych badań oraz zdjęć, ponieważ cała diagnostyka została przeniesiona na w pełni ucyfrowione aparaty rtg zakupione w ramach inwestycji związanej z rozbudową i przebudową Szpitala wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny. Urządzenie było intensywnie użytkowane od 2006 r. do 2017 r. W grudniu 2018 r. aparat nie przeszedł wymaganych testów specjalistycznych wykonywanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Pojawiły się problemy z odczytywaniem prawidłowo zdjęć z powodu tzw. artefaktów. W celu poprawy jakości wykonywania zdjęć należałoby wymienić tzw. kasety z płytami obrazowymi do badań ogólnodiagnostycznych o wartości około 80 tys. zł. Przegląd roczny serwisowy aparatu to ok. 15 tys. zł. Ponoszenie powyższych kosztów napraw byłoby niezasadne i nieopłacalne, gdyż wartość rynkowa aparatu została określona

w wycenie z dnia 30 marca 2018 r. sporządzonej przez Jana Harmozę rzeczoznawcę SIMP numer certyfikatu 5558, na kwotę 9000 zł.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy oświadczył, że sprzedaż aktywów trwałych nie doprowadzi do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych świadczonych przez Szpital.

Rada Społeczna Szpitala, uchwałą Nr 15/2019 w dniu 25 czerwca 2019 r., pozytywnie zaopiniowała sprzedaż aktywów trwałych.

Wobec powyższego, zasadne jest wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sprzedaż przedmiotowych trwałych.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.