

Toruń, 09.10.2020 r.

Informuję, iż w toku postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostarczenie masek FFP2/FFP3, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wpłynęły pytania, które wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytania:

1. Czy dopuszczą państwo do udziału w postępowaniu maski o klasycznym, kubekowym kształcie (wbrew zapisowi o trójpanelowej konstrukcji maski)?
2. Czy dopuszczą państwo do udziału w postępowaniu maski bez zaworu wydechowego?
3. Czy dopuszczą państwo do udziału w postępowaniu maski pakowane a'5 szt.?
4. Czy dla zamawiającego nie jest istotna proporcja w ilości FFP2 i FFP3?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Nie dopuszcza się zaproponowanych masek.

Ad. 2 . Nie dopuszcza się masek bez zaworu wydechowego.

Ad. 3. Dopuszcza się maski pakowane a'5 szt.

Ad. 4. Oferty można złożyć zarówno na maski FFP2, jak i FFP3 zaznaczając w ofercie jakiego rodzaju masek dotyczy.

Naradka  
Wydział  
Barbara Płaszynska  
Barbara Płaszynska

