

Toruń, 06.04.2022 r.

Informuję, iż w toku postępowania w trybie zapytania ofertowego, z dnia 21 marca 2022 r., na dostarczenie fartuchów ochronnych jednorazowych, rękawic nitrylowych, masek FFP2, masek chirurgicznych, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

wpłynęły pytania, które wraz z odpowiedziami na nie zostają przedstawione poniżej:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści cały zalaminowany fartuch, wszystkie normy spełnione?
2. Czy Zamawiający dopuści materiał SSS pod foliowany zamiast SMS, Fartuch spełnia wszystkie normy z SWZ ?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza całego fartucha zalaminowanego. Fartuch ma być wzmocniony (podfoliowany) jedynie w obszarach krytycznych (przód i rękawy).

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza wskazanego materiału.

z-ca Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
(1)
Marcin Kurasz