




Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Toruń, 07.06.2022 r.

Informuję, iż w toku postępowania w trybie zapytania ofertowego, z dnia 1 czerwca 2022 r., na dostarczenie pulsoksymetrów w ramach dwóch projektów:

„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz

„Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

wpłynęły pytania, które wraz z odpowiedziami na nie zostają przedstawione poniżej:

Pytania:

1. Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pulsoksymetry z czytelnym wyświetlaczem LCD do użytku indywidualnego, pomiar w sposób nieinwazyjny:

wyświetlający parametry SpO₂, Tętno, Wykres Słupkowy, Poziom Baterii, o masie 31.5g,

posiadający zakres pomiarów SpO₂: 70 ~ 100 %, Puls: 30 ~ 250 bpm,

dokładność pomiaru dokładność SpO₂: 1 %, Puls: 1 bpm,

z wykresem słupkowym i wykresem pletyzmograficznym,

z nadrukiem zgodnym z wymaganiami swz?

2. Dotyczy Części 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pulsoksymetry z czytelnym wyświetlaczem LCD do użytku indywidualnego, pomiar w sposób nieinwazyjny:

wyświetlający parametry SpO₂, Tętno, Wykres Słupkowy, Poziom Baterii, o masie 31.5g,

posiadający zakres pomiarów SpO₂: 70 ~ 100 %, Puls: 30 ~ 250 bpm,

dokładność pomiaru dokładność SpO₂: 1 %, Puls: 1 bpm,

z wykresem słupkowym i wykresem pletyzmograficznym,

z nadrukiem zgodnym z wymaganiami swz?

Projekt pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych ”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - RPO WK-P 2014-2020.

Projekt pn. „Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Państwa, realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020.



3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne dołączenie baterii do urządzeń?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomiar saturacji w zakresie 70-100% bądź lepszym?

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2 Dopuszcza się pulsoksymetry spełniające wszystkie warunki wskazane w zaproszeniu do składania ofert.

Ad. 3. Tak

Ad. 4. Pulsoksymetr musi spełniać co najmniej warunki wyspecyfikowane w zaproszeniu do składania ofert.

z-ca Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
(1)

Maksym Kurasz

Projekt pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - RPO WK-P 2014-2020.

Projekt pn. „Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Państwa, realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Madeira *Zarbone Ptaszynska*