

Toruń, 14.11.2022 r.

Informuję, iż w toku postępowania w trybie zapytania ofertowego, z dnia 9 listopada 2022 r., na dostarczenie rękawic nitrylowych i masek chirurgicznych, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wpłynęły pytania, które wraz z odpowiedziami na nie zostają przedstawione poniżej:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach i proporcji wielkości zamówienia: S-45%, M-45%, L-10%?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic teksturowanych z grubością na palcu – 0,08 +/- 0,03 mm?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic o AQL- 1,0?
4. „W zaznaczonej normie ISO 374-2 my mamy z roku 2014 a wymieniony jest potrzebny rok 2020”. Mamy na tą normę badania, ale nie mamy jeszcze certyfikatu. Czy dopuszczą Państwo takie dokumenty?

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza rękawic w rozmiarach i proporcjach innych niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 9.
- Ad. 2. Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4 Zamawiający dopuszcza grubość na palcu **do** 0,1 mm +/- 0,03 mm, w związku z tym grubość na palcu – 0,08 mm +/- 0,03 mm spełnia wymagania Zamawiającego.
- Ad. 3. Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 8 Zamawiający dopuszcza AQL 1,5 **lub korzystniej**, poziom AQL – 1,0 jest poziomem korzystniejszym, w związku z tym spełnia wymagania Zamawiającego.
- Ad. 4. Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty spełniające normy wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
(1)
Krzyszyna Żejmo-Wysocka